



Karal S.A. de C.V.

Blvd. Aviadores 212, Col. Cd. Industrial, C.P. 37490, León, Gto.
Tel. (01 477) 7 63 60 60 , 7 70 71 50
www.karal.com.mx, ventas@karal.com.mx

| Certificado de Análisis | | Lote | 34803 |
|--------------------------------|--------------------------|-----------------|--------------|
| Catálogo | Descripción del producto | CAS No. | |
| 9012 | HEPTANO | 142-82-5 | |

| Grado | Fórmula | P.M. | Fecha Elaboración | Fecha Caducidad |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------|---------------------|
| Reactivo | CH₃(CH₂)₅CH₃ | 100.21 | 12 / 10 / 2022 | Octubre 2032 |

| Pruebas | Resultados | Especificaciones |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------|
| Ensayo [CH ₃ (CH ₂) ₅ CH ₃] (suma de isómeros) (por C.G.) | 99.0 % | 99.0 % |
| Color (APHA) | < 5 | 10 máx. |
| Residuos después de la evaporación | < 0.002 % | 0.002 % máx. |

Observaciones:

Conforme a especificaciones.

Certificado emitido electrónicamente por lo cual carece de firma.