



Karal S.A. de C.V.

Blvd. Aviadores 212, Col. Cd. Industrial, C.P. 37490, León, Gto.
Tel. (01 477) 7 63 60 60 , 7 70 71 50
www.karal.com.mx, ventas@karal.com.mx

Certificado de Análisis		Lote	34912
Catálogo	Descripción del producto	CAS No.	
1023	FLORISIL® PR (60 – 100 mallas) Compuesto activado a 675 °C	1343-88-0	

Grado	Fórmula	P.M.	Fecha Elaboración	Fecha Caducidad
Reactivo	N/A	N/A	26 / 10 / 2022	Octubre 2032

Pruebas	Resultados	Especificaciones
Aptitud para usarse en análisis de pesticidas	Pasa prueba	Pasa prueba

Observaciones:

Conforme a especificaciones.

Certificado emitido electrónicamente por lo cual carece de firma.