



Karal S.A. de C.V.

Blvd. Aviadores 212, Col. Cd. Industrial, C.P. 37490, León, Gto.
Tel. (01 477) 7 63 60 60 , 7 70 71 50
www.karal.com.mx, ventas@karal.com.mx

Certificado de Análisis		Lote	34960
Catálogo	Descripción del producto	CAS No.	
0911	SOLUCIÓN ESTÁNDAR Para conductímetro (147 µS)	7447-40-7	7732-18-5

Grado	Fórmula	P.M.	Fecha Elaboración	Fecha Caducidad
Reactivo	N/A	N/A	07 / 11 / 2022	Noviembre 2025

Pruebas	Resultados	Especificaciones
Conductividad a 25 °C	149.5 µS	147 – 150 µS
Apariencia	LCLMS*	LCLMS*

Observaciones:

Conforme a especificaciones.

**LCLMS: Líquido Claro Libre de Materia en Suspensión.*

Certificado emitido electrónicamente por lo cual carece de firma.