



# Karal S.A. de C.V.

Blvd. Aviadores 212, Col. Cd. Industrial, C.P. 37490, León, Gto.  
Tel. (01 477) 7 63 60 60 , 7 70 71 50  
[www.karal.com.mx](http://www.karal.com.mx), [ventas@karal.com.mx](mailto:ventas@karal.com.mx)

| <b>Certificado de Análisis</b> |   | Lote                              | <b>34970</b> |
|--------------------------------|---|-----------------------------------|--------------|
| Catálogo                       | Descripción del producto  | CAS No.                           |              |
| <b>0926</b>                    | <b>ROJO DE METILO</b><br>INDICADOR EN SOLUCIÓN ALCOHOLICA<br>AL 0.1 % | <b>493-52-7</b><br><b>64-17-5</b> |              |

| Grado           | Fórmula    | P.M.       | Fecha Elaboración     | Fecha Caducidad       |
|-----------------|------------|------------|-----------------------|-----------------------|
| <b>Reactivo</b> | <b>N/A</b> | <b>N/A</b> | <b>08 / 11 / 2022</b> | <b>Noviembre 2024</b> |

| <b>Pruebas</b>                         | <b>Resultados</b> | <b>Especificaciones</b> |
|--|-------------------|-------------------------|
| Claridad de la solución alcohólica     | Pasa prueba       | Pasar prueba            |
| <u>Intervalo visual de transición:</u> |                   |                         |
| pH 4.2                                 | Rosa              | Rosa                    |
| pH 6.2                                 | Amarillo          | Amarillo                |

**Observaciones:**

*Conforme a especificaciones.*

**Certificado emitido electrónicamente por lo cual carece de firma.**