



Karal S.A. de C.V.

Blvd. Aviadores 212, Col. Cd. Industrial, C.P. 37490, León, Gto.
Tel. (01 477) 7 63 60 60 , 7 70 71 50
www.karal.com.mx, ventas@karal.com.mx

Certificado de Análisis		Lote	35017
Catálogo	Descripción del producto	CAS No.	
0112	ÁCIDO CLORHÍDRICO Solución volumétrica 0.5 N	7647-01-0	7732-18-5

Grado	Fórmula	P.M.	Fecha Elaboración	Fecha Caducidad
Reactivo	N/A	N/A	15 / 11 / 2022	Noviembre 2025

Pruebas	Resultados	Especificaciones
Normalidad	0.5000 N	0.5 N - 0.5005 N
Apariencia	*LCLMS	*LCLMS

Observaciones:

Conforme a especificaciones.

Solución estandarizada a 25 °C. Trazable al NIST. Material estándar de referencia SRM 723e.

* LCLMS: Líquido claro libre de materia en suspensión.

Certificado emitido electrónicamente por lo cual carece de firma.