



Karal S.A. de C.V.

Blvd. Aviadores 212, Col. Cd. Industrial, C.P. 37490, León, Gto.
Tel. (01 477) 7 63 60 60 , 7 70 71 50
www.karal.com.mx, ventas@karal.com.mx

Certificado de Análisis		Lote	35150
Catálogo	Descripción del producto	CAS No.	
0855	SOLUCIÓN SALINA AL 1 %	7647-14-5	7664-93-9
		7732-18-5	

Grado	Fórmula	P.M.	Fecha Elaboración	Fecha Caducidad
Reactivo	N/A	N/A	15 / 12 / 2022	Diciembre 2025

Pruebas	Resultados	Especificaciones
Concentración	1.0 %	0.9 – 1.1 %
pH de la solución	4.2	4.1 – 4.3
Conductividad	18 mS/cm	15 – 19 mS/cm

Observaciones:

Conforme a especificaciones.

Certificado emitido electrónicamente por lo cual carece de firma.