



Karal S.A. de C.V.

Blvd. Aviadores 212, Col. Cd. Industrial, C.P. 37490, León, Gto.
Tel. (01 477) 7 63 60 60 , 7 70 71 50
www.karal.com.mx, ventas@karal.com.mx

Certificado de Análisis		Lote	35225
Catálogo	Descripción del producto	CAS No.	
0620	NITRATO DE PLATA Solución 0.2 N	7761-88-8	7732-18-5

Grado	Fórmula	P.M.	Fecha Elaboración	Fecha Caducidad
Reactivo	N/A	N/A	11 / 01 / 2023	Enero 2026

Pruebas	Resultados	Especificaciones
Normalidad	0.2001 N	0.2 – 0.2005 N
Apariencia	LCLMS *	LCLMS*
pH de la solución	4.5	3.0 – 6.0

Observaciones:

Conforme a especificaciones

*LCLMS: Líquido Claro Libre de Materia Suspendida

Certificado emitido electrónicamente por lo cual carece de firma.