



Karal S.A. de C.V.

Blvd. Aviadores 212, Col. Cd. Industrial, C.P. 37490, León, Gto.
Tel. (01 477) 7 63 60 60 , 7 70 71 50
www.karal.com.mx, ventas@karal.com.mx

Certificado de Análisis		Lote	35236
Catálogo	Descripción del producto	CAS No.	
0920	ROJO DE METILO INDICADOR EN SOLUCIÓN ALCOHOLICA AL 1.0 %	493-52-7 64-17-5	

Grado	Fórmula	P.M.	Fecha Elaboración	Fecha Caducidad
Reactivo	N/A	N/A	13 / 01 / 2023	Enero 2025

Pruebas	Resultados	Especificaciones
Claridad de la solución alcohólica	Pasa prueba	Pasar prueba
<u>Intervalo visual de transición:</u>		
pH 4.2	Rosa	Rosa
pH 6.2	Amarillo	Amarillo

Observaciones:

Conforme a especificaciones

Certificado emitido electrónicamente por lo cual carece de firma.