



Karal S.A. de C.V.

Blvd. Aviadores 212, Col. Cd. Industrial, C.P. 37490, León, Gto.
Tel. (01 477) 7 63 60 60 , 7 70 71 50
www.karal.com.mx, ventas@karal.com.mx

Certificado de Análisis		Lote	35335
Catálogo	Descripción del producto	CAS No.	
3042	TRIOXIDO DE MOLIBDENO	1313-27-5	

Grado	Fórmula	P.M.	Fecha Elaboración	Fecha Caducidad
Reactivo	MoO₃	143.94	26 / 01 / 2023	Enero 2033

Pruebas	Resultados	Especificaciones
Ensayo	> 99.9 %	99.5 % mín
Cloruro (Cl)	< 0.002 %	0.002 % màx.
Nitrato (NO ₃)	Pasa prueba	Pasa prueba
Arsenato, Fosfato, Silicato	< 0.001 %	0.001 % màx.
Fosfato	< 0.0005 %	0.0005 % màx.
Sulfato (SO ₄)	< 0.02 %	0.02 % màx.
Amonio(NH ₄)	< 0.01 %	0.002 % màx.
Metales pesados	< 0.005 %	0.005 % màx.

Observaciones:

Conforme a especificaciones.

Certificado emitido electrónicamente por lo cual carece de firma.