



Karal S.A. de C.V.

Blvd. Aviadores 212, Col. Cd. Industrial, C.P. 37490, León, Gto.
Tel. (01 477) 7 63 60 60 , 7 70 71 50
www.karal.com.mx, ventas@karal.com.mx

Certificado de Análisis		Lote	35352
Catálogo	Descripción del producto	CAS No.	
7017	AZUL DE TIMOL	76-61-9	

Grado	Fórmula	P.M.	Fecha Elaboración	Fecha Caducidad
Reactivo ACS	C₂₇H₃₀O₅S	466.60	31 / 01 / 2023	Enero 2033

Pruebas	Resultados	Especificaciones
Claridad de la solución	Pasa prueba	Pasar prueba
<u>Intervalo visual de transición:</u>		
pH 1.2	Rosa	Rosa
pH 2.8	Amarillo	Amarillo
pH 8.0	Amarillo	Amarillo
pH 9.2	Azul	Azul

Observaciones:

Conforme a especificaciones ACS Reagents Chemicals 11ª edición.

Certificado emitido electrónicamente por lo cual carece de firma.