



Karal S.A. de C.V.

Blvd. Aviadores 212, Col. Cd. Industrial, C.P. 37490, León, Gto.
Tel. (01 477) 7 63 60 60 , 7 70 71 50
www.karal.com.mx, ventas@karal.com.mx

| Certificado de Análisis | | Lote | 35379 |
|--------------------------------|--|------------------|------------------|
| Catálogo | Descripción del producto | CAS No. | |
| 0620 | NITRATO DE PLATA Solución 0.2 N | 7761-88-8 | 7732-18-5 |

| Grado | Fórmula | P.M. | Fecha Elaboración | Fecha Caducidad |
|-----------------|------------|------------|-----------------------|---------------------|
| Reactivo | N/A | N/A | 03 / 02 / 2023 | Febrero 2026 |

| Pruebas | Resultados | Especificaciones |
|-------------------|-------------------|-------------------------|
| Normalidad | 0.2001 N | 0.2 – 0.2005 N |
| Apariencia | LCLMS * | LCLMS* |
| pH de la solución | 4.8 | 3.0 – 6.0 |

Observaciones:

Conforme a especificaciones

*LCLMS: Líquido Claro Libre de Materia Suspendida

Certificado emitido electrónicamente por lo cual carece de firma.