



# Karal S.A. de C.V.

Blvd. Aviadores 212, Col. Cd. Industrial, C.P. 37490, León, Gto.  
Tel. (01 477) 7 63 60 60 , 7 70 71 50  
[www.karal.com.mx](http://www.karal.com.mx), [ventas@karal.com.mx](mailto:ventas@karal.com.mx)

<b>Certificado de Análisis</b>		Lote	<b>35400</b>
Catálogo	Descripción del producto	CAS No.	
<b>0621</b>	<b>NITRATO DE PLATA Solución volumétrica 0.01 N</b>	<b>7761-88-8</b>	<b>7732-18-5</b>

Grado	Fórmula	P.M.	Fecha Elaboración	Fecha Caducidad
<b>Reactivo</b>	<b>N/A</b>	<b>N/A</b>	<b>09 / 02 / 2023</b>	<b>Febrero 2026</b>

<b>Pruebas</b>	<b>Resultados</b>	<b>Especificaciones</b>
Normalidad	0.0103 N	0.010 - 0.0105 N
Apariencia	LCLMS	LCLMS (Líquido claro libre de materia suspendida)
pH de la solución	5.7	3.0 – 6.0

### Observaciones:

*Conforme a especificaciones.*

*Solución estandarizada a 20 °C. Trazable al NIST. Material estandarizado de referencia SRM 999c.*

**Certificado emitido electrónicamente por lo cual carece de firma.**