



Karal S.A. de C.V.

Blvd. Aviadores 212, Col. Cd. Industrial, C.P. 37490, León, Gto.
Tel. (01 477) 7 63 60 60 , 7 70 71 50
www.karal.com.mx, ventas@karal.com.mx

Certificado de Análisis		Lote	35500
Catálogo	Descripción del producto	CAS No.	
0207	ALMIDÓN Reactivo en solución al 1.0 % Indicador para yodometría	9005-84-9 7732-18-5	

Grado	Fórmula	P.M.	Fecha Elaboración	Fecha Caducidad
Reactivo	N / A	N / A	27 / 02 / 2023	Febrero 2024

Pruebas	Resultados	Especificaciones
Solubilidad	Pasa prueba	Pasa prueba
Apariencia	*LMS	*LMS

Observaciones:

Conforme a especificaciones.

* LMS: Libre de materia suspendida.

Certificado emitido electrónicamente por lo cual carece de firma.