



Karal S.A. de C.V.

Blvd. Aviadores 212, Col. Cd. Industrial, C.P. 37490, León, Gto.
Tel. (01 477) 7 63 60 60 , 7 70 71 50
www.karal.com.mx, ventas@karal.com.mx

| Certificado de Análisis | | Lote | 35553 |
|--------------------------------|--|------------------|--------------------------------------|
| Catálogo | Descripción del producto | CAS No. | |
| 0581 | YODO Solución volumétrica 0.1 N | 7553-56-2 | 7681-11-0 7732-18-5 |

| Grado | Fórmula | P.M. | Fecha Elaboración | Fecha Caducidad |
|-----------------|------------|------------|-----------------------|-------------------|
| Reactivo | N/A | N/A | 09 / 03 / 2023 | Marzo 2026 |

| Pruebas | Resultados | Especificaciones |
|----------------|--------------------------------|--------------------------------|
| Normalidad | 0.1002 N | 0.1 – 0.1005 N |
| Apariencia | Libre de Materia en Suspensión | Libre de Materia en Suspensión |

Observaciones:

Conforme a especificaciones.

Solución estandarizada a 20 °C. Trazable al NIST material estándar de referencia SRM 83d.

Certificado emitido electrónicamente por lo cual carece de firma.