



Karal S.A. de C.V.

Blvd. Aviadores 212, Col. Cd. Industrial, C.P. 37490, León, Gto.
Tel. (01 477) 7 63 60 60 , 7 70 71 50
www.karal.com.mx, ventas@karal.com.mx

Certificado de Análisis		Lote	35693
Catálogo	Descripción del producto	CAS No.	
4063	OXALATO DE SODIO	62-76-0	

Grado	Fórmula	P.M.	Fecha Elaboración	Fecha Caducidad
Reactivo ACS	(COONa)₂	134.00	10 / 04 / 2023	Abril 2033

Pruebas	Resultados	Especificaciones
Ensayo [(COONa) ₂]	99.6 %	99.5 % mín.
Materia insoluble	0.0005 %	0.005 % máx.
Perdidas al secado a 105 °C	0.01 %	0.01 % máx.
Neutralidad	Pasa prueba	Pasa prueba
Cloruro (Cl)	< 0.002 %	0.002 % máx.
Sulfato (SO ₄)	< 0.002 %	0.002 % máx.
Amonio (NH ₄)	< 0.002 %	0.002 % máx.
Metales pesados (como Pb)	< 0.002 %	0.002 % máx.
Hierro (Fe)	< 0.001 %	0.001 % máx.
Potasio (K)	< 0.005 %	0.005 % máx.
Sustancias oscurecidas por H ₂ SO ₄ caliente	Pasa prueba	Pasa prueba

Observaciones:

Conforme a especificaciones ACS Reagents Chemicals 11ª edición.

Certificado emitido electrónicamente por lo cual carece de firma.