



# Karal S.A. de C.V.

Blvd. Aviadores 212, Col. Cd. Industrial, C.P. 37490, León, Gto.  
Tel. (01 477) 7 63 60 60 , 7 70 71 50  
[www.karal.com.mx](http://www.karal.com.mx), [ventas@karal.com.mx](mailto:ventas@karal.com.mx)

<b>Certificado de Análisis</b>		<b>Lote</b>	<b>35788</b>
<i>Catálogo</i>	<i>Descripción del producto</i>	<i>CAS No.</i>	
<b>7043</b>	<b>SILICA GEL CON INDICADOR DE HUMEDAD (AZUL)</b>	<b>7631-86-9</b>	

<i>Grado</i>	<i>Fórmula</i>	<i>P.M.</i>	<i>Fecha Elaboración</i>	<i>Fecha Caducidad</i>
<b>Reactivo</b>	<b>N / A</b>	<b>N / A</b>	<b>25 / 04 / 2023</b>	<b>Abril 2033</b>

<b>Pruebas</b>	<b>Resultados</b>	<b>Especificaciones</b>
Apariencia	Pasa prueba	Esferas azules
Diámetro	Pasa prueba	1 – 3 mm
Densidad (g/L)	825	700 min.
Adsorción de humedad 20% HR 25 °C	11.2 %	8.0 % min.
Adsorción de humedad 50% HR 25 °C	28.4 %	28.0 % min.
Adsorción de humedad 90% HR 25 °C	33.5 %	30.0 % min.
Contenido de humedad 120 – 140 °C	3.0 %	3.5 % min.

**Observaciones:**

*Conforme a especificaciones.*

**Certificado emitido electrónicamente por lo cual carece de firma.**