



Karal S.A. de C.V.

Blvd. Aviadores 212, Col. Cd. Industrial, C.P. 37490, León, Gto.
Tel. (01 477) 7 63 60 60 , 7 70 71 50
www.karal.com.mx, ventas@karal.com.mx

Certificado de Análisis		Lote	35827
Catálogo	Descripción del producto	CAS No.	
8008	DITIZONA	60-10-6	

Grado	Fórmula	P.M.	Fecha Elaboración	Fecha Caducidad
Reactivo ACS	$C_6H_5NHNHCSN=NC_6H_5$	256.32	03 / 05 / 2023	Mayo 2033

Pruebas	Resultados	Especificaciones
Ensayo	86.1 %	85.0 % min.
Razón de absorbancia	2.2	1.55 min.
Residuo después de la ignición	0.3 %	0.3 % máx.
Metales pesados (Como Pb)	< 0.002 %	0.002 % máx.

Observaciones:

Conforme a especificaciones ACS Reagents Chemicals 11ª edición.

Certificado emitido electrónicamente por lo cual carece de firma.