



Karal S.A. de C.V.

Blvd. Aviadores 212, Col. Cd. Industrial, C.P. 37490, León, Gto.
Tel. (01 477) 7 63 60 60 , 7 70 71 50
www.karal.com.mx, ventas@karal.com.mx

Certificado de Análisis		Lote	35864
Catálogo	Descripción del producto	CAS No.	
0350	SOLUCIÓN ESTÁNDAR Para electrodos ORP (240 mV)	7447-40-7	13746-66-2
		14459-95-1	7732-18-5

Grado	Fórmula	P.M.	Fecha Elaboración	Fecha Caducidad
Reactivo	N/A	N/A	11 / 05 / 2023	Mayo 2026

Pruebas	Resultados	Especificaciones
mV	242.1 mV	240 - 250 mV
Apariencia	LMS*	LMS*

Observaciones:

Conforme a especificaciones.

*LMS: Libre de Materia en Suspensión

Certificado emitido electrónicamente por lo cual carece de firma.