



Karal S.A. de C.V.

Blvd. Aviadores 212, Col. Cd. Industrial, C.P. 37490, León, Gto.
Tel. (01 477) 7 63 60 60 , 7 70 71 50
www.karal.com.mx, ventas@karal.com.mx

Certificado de Análisis		Lote	35889
Catálogo	Descripción del producto	CAS No.	
0339	CLORURO DE MAGNESIO Solución patrón 0.05 M	7791-18-6	7732-18-5

Grado	Fórmula	P.M.	Fecha Elaboración	Fecha Caducidad
Reactivo	N/A	N/A	18 / 05 / 2023	Mayo 2026

Pruebas	Resultados	Especificaciones
Molaridad	0.0502 M	0.0500 – 0.0505 M
Apariencia	L.M.S	L.M.S*

Trazabilidad al NIST

Valorada con solución de EDTA 0.1M trazable al NIST SRM 915b. Solución estandarizada a 20 °C.

- **Calibración de balanzas**
Todas las balanzas analíticas son calibradas por un procedimiento y laboratorio de calibración acreditado. Los pesos usados para las pruebas son comparados anualmente con pesos estándar y son trazables al NIST.
- **Calibración del material de vidrio**
Se emplea un procedimiento interno para calibrar todo el material de vidrio clase A usado en la manufactura y control de calidad de CRM/RMs.

Soporte técnico:

- **ISO 9001:2015 Registro ante el Sistema del manejo de calidad.**
 - Número de registro del certificado: 10008077 QM15.

Certificado emitido electrónicamente por lo cual carece de firma.

Observaciones:

Conforme a especificaciones.

**L.M.S: Libre de materia en suspensión*