



Karal S.A. de C.V.

Blvd. Aviadores 212, Col. Cd. Industrial, C.P. 37490, León, Gto.
Tel. (01 477) 7 63 60 60 , 7 70 71 50
www.karal.com.mx, ventas@karal.com.mx

Certificado de Análisis		Lote	35965
Catálogo	Descripción del producto	CAS No.	
4060	PIRIDINA	110-86-1	

Grado	Fórmula	P.M.	Fecha Elaboración	Fecha Caducidad
Reactivo ACS	C₅H₅N	79.10	31 / 05 / 2023	Mayo 2033

Pruebas	Resultados	Especificaciones
Ensayo [C ₅ H ₅ N] (por C.G.)	> 99.9 %	99.0 % mín.
Solubilidad en agua	Pasa prueba	Pasa prueba
Residuo después de la evaporación	0.001 %	0.002 % máx.
Agua (H ₂ O)	< 0.1 %	0.1 % máx.
Cloruro (Cl)	< 0.001 %	0.001 % máx.
Sulfato (SO ₄)	< 0.001 %	0.001 % máx.
Amonio (NH ₃)	0.001 %	0.002 % máx.
Cobre (Cu)	< 0.0005 %	0.0005 % máx.
Sustancias reductoras	Pasa prueba	Pasa prueba

Observaciones:

Conforme a especificaciones ACS Reagents Chemicals 11ª edición.

Certificado emitido electrónicamente por lo cual carece de firma.