



Karal S.A. de C.V.

Blvd. Aviadores 212, Col. Cd. Industrial, C.P. 37490, León, Gto.
Tel. (01 477) 7 63 60 60 , 7 70 71 50
www.karal.com.mx, ventas@karal.com.mx

Certificado de Análisis		Lote	36239
Catálogo	Descripción del producto	CAS No.	
0922	SOLUCIÓN ESTÁNDAR Para conductímetro (300 µS)	7447-40-7	7732-18-5

Grado	Fórmula	P.M.	Fecha Elaboración	Fecha Caducidad
Reactivo	N / A	N / A	25 / 07 / 2023	Julio 2025

Pruebas	Resultados	Especificaciones
Conductividad a 25 °C	302 µS	300 - 305 µS
Apariencia	LCLMS*	LCLMS*

Observaciones:

Conforme a especificaciones internas.

**LMS: Líquido Claro, Libre de Materia Suspendida.*

Certificado emitido electrónicamente por lo cual carece de firma.