



Karal S.A. de C.V.

Blvd. Aviadores 212, Col. Cd. Industrial, C.P. 37490, León, Gto.
Tel. (01 477) 7 63 60 60 , 7 70 71 50
www.karal.com.mx, ventas@karal.com.mx

Certificado de Análisis

Lote **36641**

Catálogo

Descripción del producto

CAS No.

0772

HIDRÓXIDO DE SODIO
Solución volumétrica 1.0 M

1310-73-2
7732-18-5

Grado

Fórmula

P.M.

Fecha

Caducidad

Reactivo

N/A

N/A

11 / 10 / 2023

Octubre 2026

Pruebas

Resultados

Especificaciones

Normalidad

1.000 M

1.000 M - 1.005 M

Apariencia

LCLMS*

LCLMS*

Trazabilidad al NIST

La concentración de esta solución estándar es trazable al NIST SRM 84L. Solución estandarizada a 20 °C.

- **Calibración de balanzas**

Todas las balanzas analíticas son calibradas por un procedimiento y laboratorio de calibración acreditado. Los pesos usados para las pruebas son comparados anualmente con pesos estándar y son trazables al NIST.

- **Calibración del material de vidrio**

Se emplea un procedimiento interno para calibrar todo el material de vidrio clase A usado en la manufactura y control de calidad de CRM/RMs.

Soporte técnico:

- **ISO 9001:2015 Registro ante el Sistema del manejo de calidad.**

- Número de registro del certificado: 10008077 QM15

Observaciones:

Conforme a especificaciones internas.

**LCLMS: Líquido Claro Libre de Materia Suspendida*

Certificado emitido electrónicamente por lo cual carece de firma.