



Karal S.A. de C.V.

Blvd. Aviadores 212, Col. Cd. Industrial, C.P. 37490, León, Gto.
Tel. (01 477) 7 63 60 60 , 7 70 71 50
www.karal.com.mx, ventas@karal.com.mx

Certificado de Análisis		Lote	36649
Catálogo	Descripción del producto	CAS No.	
2053	METIL ter-BUTIL ETER	1634-04-4	

Grado	Fórmula	P.M.	Fecha Elaboración	Fecha Caducidad
Reactivo A.C.S	$(CH_3)_3COCH_3$	88.15	12 / 10 / 2023	Octubre 2033

Pruebas	Resultados	Especificaciones
Ensayo (por C.G.)	> 99.9 %	99.0 % mín.
Color (APHA)	< 10	10 máx.
Peróxido (como H ₂ O ₂)	< 0.0001 %	0.0001 % máx.
Residuo después de evaporación	0.001 %	0.001 % máx.
Agua (H ₂ O)	0.02 %	0.05 % máx.

Observaciones:

Conforme a especificaciones ACS Reagents Chemicals 11^a edición.

Certificado emitido electrónicamente por lo cual carece de firma.