



Karal S.A. de C.V.

Blvd. Aviadores 212, Col. Cd. Industrial, C.P. 37490, León, Gto.
Tel. (01 477) 7 63 60 60 , 7 70 71 50
www.karal.com.mx, ventas@karal.com.mx

| Certificado de Análisis | | Lote | 36680 |
|--------------------------------|--------------------------|-----------------|--------------|
| Catálogo | Descripción del producto | CAS No. | |
| 1044 | TIMOLFTALEINA | 125-20-2 | |

| Grado | Fórmula | P.M. | Fecha Elaboración | Fecha Caducidad |
|---------------------|--|---------------|-----------------------|---------------------|
| Reactivo ACS | C₂₈H₃₀O₄ | 430.54 | 18 / 10 / 2023 | Octubre 2033 |

| Pruebas | Resultados | Especificaciones |
|--|-------------------|-------------------------|
| Claridad de la solución | Pasa prueba | Pasa prueba |
| <u>Intervalo visual de transición:</u> | | |
| pH 8.8 | Incoloro | Incoloro |
| pH 10.5 | Azul | Azul |

Observaciones:

Conforme a especificaciones ACS Reagents Chemicals 11ª edición.

Certificado emitido electrónicamente por lo cual carece de firma.