



Karal S.A. de C.V.

Blvd. Aviadores 212, Col. Cd. Industrial, C.P. 37490, León, Gto.
Tel. (01 477) 7 63 60 60 , 7 70 71 50
www.karal.com.mx, ventas@karal.com.mx

Certificado de Análisis		Lote	36826
Catálogo	Descripción del producto	CAS No.	
0238	ÁCIDO CLORHÍDRICO Solución 1:1 (V/V)	7647-01-0	7732-18-5

Grado	Fórmula	P.M.	Fecha Elaboración	Fecha Caducidad
Reactivo	N/A	N/A	13 / 11 / 2023	Noviembre 2026

Prueba	Resultados	Especificaciones
Ensayo (HCl)	18.1 %	18.0 – 19.0 %
Densidad de la solución (g/mL)	1.09	N.E.*
Apariencia	Libre de Materia Suspendida	Libre de Materia Suspendida
Color (APHA)	< 10	10 máx.

Observaciones:

Conforme a especificaciones internas.

*N.E.: No Especificado

Certificado emitido electrónicamente por lo cual carece de firma.