



Karal S.A. de C.V.

Blvd. Aviadores 212, Col. Cd. Industrial, C.P. 37490, León, Gto.
Tel. (01 477) 7 63 60 60 , 7 70 71 50
www.karal.com.mx, ventas@karal.com.mx

Certificado de Análisis		Lote	36846
Catálogo	Descripción del producto	CAS No.	
4090	XILENOS	1330-20-7	

Grado	Fórmula	P.M.	Fecha Elaboración	Fecha Caducidad
Reactivo ACS	$C_6H_4(CH_3)_2$	106.17	14 / 11 / 2023	Noviembre 2033

Pruebas	Resultados	Especificaciones
Ensayo [mezcla de isómeros] (por C.G.)	99.9 %	98.5 % mín.
Etilbenceno ($C_6H_5C_2H_5$) (Por C.G.)	< 25 %	25.0 % máx.
Color (APHA)	< 10	10 máx.
Residuo después de la evaporación	0.001 %	0.002 % máx.
Sustancias oscurecidas por ácido sulfúrico	Pasa prueba	Pasa prueba
Compuestos de azufre (como S)	< 0.003 %	0.003 % máx.
Agua (H_2O)	0.01 %	0.05 % máx.

Observaciones:

Conforme a especificaciones ACS Reagents Chemicals 11ª edición.

Certificado emitido electrónicamente por lo cual carece de firma.