

	<h2 style="color: blue;">Karal S.A. de C.V.</h2>
	<p>Blvd. Aviadores 212, Col. Cd. Industrial, C.P. 37490, León, Gto. Tel. (01 477) 7 63 60 60 , 7 70 71 50 www.karal.com.mx, ventas@karal.com.mx</p>

Certificado de Análisis		Lote 36977
Catálogo	Descripción del producto	CAS No.
0620	NITRATO DE PLATA Solución 0.2 N	7761-88-8 7732-18-5

Grado	Fórmula	P.M.	Fecha Elaboración	Fecha Caducidad
Reactivo	N/A	N/A	08 / 12 / 2023	Diciembre 2026

Pruebas	Resultados	Especificaciones
Normalidad	0.2004 N	0.2000 – 0.2005 N
Apariencia	LCLMS *	LCLMS*
pH de la solución	5.3	3.0 – 6.0

*LCLMS: Líquido Claro Libre de Materia Suspendida

Trazabilidad al NIST

La concentración de esta solución ha sido verificada con el material estandarizado de referencia SRM 999b trazable al NIST.

- **Calibración de balanzas**

Todas las balanzas analíticas son calibradas por un procedimiento y laboratorio de calibración acreditado. Los pesos usados para las pruebas son comparados anualmente con pesos estándar y son trazables al NIST.

- **Calibración del material de vidrio**

Se emplea un procedimiento interno para calibrar todo el material de vidrio clase A usado en la manufactura y control de calidad de CRM/RMs.

Soporte técnico:

- **ISO 9001:2015 Registro ante el Sistema del manejo de calidad.**

- Número de registro del certificado: 10008077 QM15.

<p>Observaciones:</p> <p style="text-align: center;"><i>Conforme a especificaciones internas.</i></p>
--

Certificado emitido electrónicamente por lo cual carece de firma.