



Karal S.A. de C.V.

Blvd. Aviadores 212, Col. Cd. Industrial, C.P. 37490, León, Gto.
Tel. (01 477) 7 63 60 60 , 7 70 71 50
www.karal.com.mx, ventas@karal.com.mx

Certificado de Análisis		Lote	37002
Catálogo	Descripción del producto	CAS No.	
0840	NARANJA DE METILO Indicador en solución acuosa al 0.1%	547-58-0 7732-18-5	

Grado	Fórmula	P.M.	Fecha Elaboración	Fecha Caducidad
Reactivo	N/A	N/A	14 / 12 / 2023	Diciembre 2025

Pruebas	Resultados	Especificaciones
Claridad de la solución acuosa	Pasa prueba	Pasa prueba
<u>Intervalo visual de transición:</u>		
pH 3.2	Rojo	Rojo
pH 4.4	Amarillo	Amarillo

Observaciones:

Conforme a especificaciones internas.

Certificado emitido electrónicamente por lo cual carece de firma.