



Karal S.A. de C.V.

Blvd. Aviadores 212, Col. Cd. Industrial, C.P. 37490, León, Gto.
Tel. (01 477) 7 63 60 60 , 7 70 71 50
www.karal.com.mx, ventas@karal.com.mx

Certificado de Análisis

Lote **37017**

Catálogo

Descripción del producto

CAS No.

0493

ÁCIDO SULFÚRICO
Solución volumétrica 2.5 M

7664-93-9
7732-18-5

Grado

Fórmula

P.M.

Fecha Elaboración

Fecha de Caducidad

Reactivo

N/A

N/A

03 / 01 / 2024

Enero 2027

Pruebas

Resultados

Especificaciones

Normalidad

2.503 M

2.500 – 2.505 M

Apariencia

LCLMS*

LCLMS*

Trazabilidad

La concentración de esta solución estándar es trazable al NIST SRM 723e. Solución estandarizada a 20 °C.

• Calibración de balanzas

Todas las balanzas analíticas son calibradas por un procedimiento y laboratorio de calibración acreditado. Los pesos usados para las pruebas son comparados anualmente con pesos estándar y son trazables al NIST.

• Calibración del material de vidrio

Se emplea un procedimiento interno para calibrar todo el material de vidrio clase A usado en la manufactura y control de calidad de CRM/RMs.

Soporte técnico:

• ISO 9001:2015 Registro ante el Sistema del manejo de calidad.

- Número de registro del certificado: 10008077 QM15.

Observaciones:

Conforme a especificaciones internas.

**LCLMS: Líquido Claro Libre de Materia Suspendida.*

Certificado emitido electrónicamente por lo cual carece de firma.