



Karal S.A. de C.V.

Blvd. Aviadores 212, Col. Cd. Industrial, C.P. 37490, León, Gto.
Tel. (01 477) 7 63 60 60 , 7 70 71 50
www.karal.com.mx, ventas@karal.com.mx

| Certificado de Análisis | | Lote | 4097 |
|--------------------------------|--|------------------|--------------------------------------|
| Catálogo | Descripción del producto | CAS No. | |
| 0175 | REACTIVO R-140 PARA LA DETERMINACIÓN CUALITATIVA DE TITANIO | 7664-93-9 | 7722-84-1 7732-18-5 |

| Grado | Fórmula | P.M. | Fecha Elaboración | Fecha Caducidad |
|-----------------|------------|------------|-----------------------|-------------------|
| Reactivo | N/A | N/A | 22 / 01 / 2024 | Abril 2024 |

| Pruebas | Resultados |
|---|--------------------------------|
| Apariencia | Libre de Materia en Suspensión |
| Densidad (g/mL) | 1.5 |
| Ensayo (como H ₂ SO ₄) | 49.8 % |
| Ensayo (como H ₂ O ₂) | 11.7 % |

Observaciones:

Conforme a especificaciones internas.

Certificado emitido electrónicamente por lo cual carece de firma.