



Karal S.A. de C.V.

Blvd. Aviadores 212, Col. Cd. Industrial, C.P. 37490, León, Gto.
Tel. (01 477) 7 63 60 60 , 7 70 71 50
www.karal.com.mx, ventas@karal.com.mx

Certificado de Análisis		Lote	4258
Catálogo	Descripción del producto	CAS No.	
0844	ÁCIDO NÍTRICO Solución al 60 %	7697-37-2	7732-18-5

Grado	Fórmula	P.M.	Fecha Elaboración	Fecha Caducidad
Reactivo	N/A	N/A	20 / 02 / 2024	Febrero 2034

Pruebas	Resultados	Especificaciones
Ensayo [HNO ₃]	56.1 %	55.0 – 65.0 %
Color (APHA)	10	10 máx.
Densidad (g/mL)	1.4	N.E.

Observaciones:

Conforme a especificaciones internas.

N.E.: No especificado.

Certificado emitido electrónicamente por lo cual carece de firma.