

	<h2 style="color: blue;">Karal S.A. de C.V.</h2>
	Blvd. Aviadores 212, Col. Cd. Industrial, C.P. 37490, León, Gto. Tel. (01 477) 7 63 60 60 , 7 70 71 50 www.karal.com.mx , ventas@karal.com.mx

Certificado de Análisis		Lote	4372
Catálogo	Descripción del producto		CAS No.
0117	ÁCIDO CLORHÍDRICO Solución volumétrica 2.0 N		7647-01-0 7732-18-5

Grado	Fórmula	P.M.	Fecha Elaboración	Fecha Caducidad
Reactivo	N.A.	N.A.	06 / 03 / 2024	Marzo 2027

Pruebas	Resultados	Especificaciones
Normalidad	2.003 N	1.995 – 2.005 N
Apariencia	LCLMS	LCLMS*

Trazabilidad al NIST

La concentración de esta solución estándar es trazable al NIST SRM 723e. Solución estandarizada a 20 °C.

- **Calibración de balanzas**
 Todas las balanzas analíticas son calibradas por un procedimiento y laboratorio de calibración acreditado. Los pesos usados para las pruebas son comparados anualmente con pesos estándar y son trazables al NIST.
- **Calibración del material de vidrio**
 Se emplea un procedimiento interno para calibrar todo el material de vidrio clase A usado en la manufactura y control de calidad de CRM/RMs.

Soporte técnico:

- **ISO 9001:2015 Registro ante el Sistema del manejo de calidad.**
 - Número de registro del certificado: 10008077 QM15.

<p>Observaciones:</p> <p style="margin-top: 20px;"><i>Conforme a especificaciones internas.</i></p> <p style="margin-top: 20px;"><i>*LCLMS: Líquido Claro Libre de Materia Suspendida</i></p>
--

Certificado emitido electrónicamente por lo cual carece de firma.