

| | |
|---|--|
|  | <h2 style="color: blue;">Karal S.A. de C.V.</h2> |
| | <p>Blvd. Aviadores 212, Col. Cd. Industrial, C.P. 37490, León, Gto. Tel. (01 477) 7 63 60 60 , 7 70 71 50 www.karal.com.mx, ventas@karal.com.mx</p> |

| | | |
|--------------------------------|--|---------------------------------|
| Certificado de Análisis | | Lote 4556 |
| Catálogo | Descripción del producto | CAS No. |
| 0755 | TIOSULFATO DE SODIO Solución volumétrica 0.0394 N | 10102-17-7 7732-18-5 |

| | | | | |
|-----------------|------------|------------|-----------------------|-------------------|
| Grado | Fórmula | P.M. | Fecha Elaboración | Fecha Caducidad |
| Reactivo | N/A | N/A | 09 / 04 / 2024 | Enero 2025 |

| Pruebas | Resultados | Especificaciones |
|----------------|-------------------|-------------------------|
| Normalidad | 0.03944 N | 0.03944 N |
| Apariencia | LCLMS* | LCLMS* |

Trazabilidad al NIST

La concentración de esta solución es trazable al NIST SRM 136f.

- **Calibración de balanzas**

Todas las balanzas analíticas son calibradas por un procedimiento y laboratorio de calibración acreditado. Los pesos usados para las pruebas son comparados anualmente con pesos estándar y son trazables al NIST.

- **Calibración del material de vidrio**

Se emplea un procedimiento interno para calibrar todo el material de vidrio clase A usado en la manufactura y control de calidad de CRM/RMs.

Soporte técnico:

- **ISO 9001:2015 Registro ante el Sistema del manejo de calidad.**
 - Número de registro del certificado: 10008077 QM15.

| |
|--|
| <p>Observaciones:</p> <p style="text-align: center;"><i>Conforme a especificaciones internas.</i></p> <p style="text-align: center;"><i>*LCLMS: Líquido Claro Libre de Materia en Suspensión.</i></p> |
|--|

Certificado emitido electrónicamente por lo cual carece de firma.