



Karal S.A. de C.V.

Blvd. Aviadores 212, Col. Cd. Industrial, C.P. 37490, León, Gto.
Tel. (01 477) 7 63 60 60 , 7 70 71 50
www.karal.com.mx, ventas@karal.com.mx

Certificado de Análisis		Lote	4597
Catálogo	Descripción del producto	CAS No.	
0930	SOLUCIÓN ESTÁNDAR Para conductímetro (10 µS)	7447-40-7	7732-18-5

Grado	Fórmula	P.M.	Fecha Elaboración	Fecha Caducidad
Reactivo	N/A	N/A	15 / 04 / 2024	Abril 2027

Pruebas	Resultados	Especificaciones
Conductividad a 25 °C (µS)	10.6	10.0 – 11.0
Densidad (g/mL)	1.0	N.E.*
Apariencia	LMS	LMS**

Observaciones:

Conforme a especificaciones internas.

** N.E: No especificado.*

***LMS: Libre de Materia en Suspensión*

Certificado emitido electrónicamente por lo cual carece de firma.