



# Karal S.A. de C.V.

Blvd. Aviadores 212, Col. Cd. Industrial, C.P. 37490, León, Gto.  
Tel. (01 477) 7 63 60 60 , 7 70 71 50  
[www.karal.com.mx](http://www.karal.com.mx), [ventas@karal.com.mx](mailto:ventas@karal.com.mx)

<b>Certificado de Análisis</b>		Lote	<b>B1796</b>
Catálogo	Descripción del producto	CAS No.	
<b>3038</b>	<b>AGAROSA Estándar Para electroforesis</b>	<b>9012-36-6</b>	

Grado	Fórmula	P.M.	Fecha Elaboración	Fecha Caducidad
Reactivo	N/A	N/A	19/07/2022	Julio 2032

Pruebas	Resultados	Especificaciones
EEO (Electroendosmosis) (-MR)	0.122	0.0500 – 0.1300
Perdidas por secado a 70°C	1.74	7.0 % máx.
Temperatura de gelificación °C al 1.5 %	36.8	34.5 – 37.5
Residuo después de la ignición	0.26 % máx.	0.4 % máx.
Punto de fusión °C	88.8	86.5 – 89.5
Sulfatos (SO4)	0.09	0.14 % máx.
Hierro (Fe)	No detectado	0.003 % máx.
Metales pesados (como Pb)	0.00003 %	0.0005 % máx.

### Observaciones:

Conforme a especificaciones

**Certificado emitido electrónicamente por lo cual carece de firma.**