



Karal S.A de C.V

Blvd. Aviadores 212, Col. Cd. Industrial, C.P. 37490, León, Gto.
Tel. (01 477) 7 63 60 60 , 7 70 71 50
www.karal.com.mx, ventas@karal.com.mx

Certificado de Análisis		Lote	B1550
<i>Catálogo</i>	<i>Descripción del producto</i>	<i>CAS No.</i>	
0969	BUFFER DE ACETATO DE TRIETILAMONIO	102-71-6	7732-18-2
		64-19-7	

<i>Grado</i>	<i>Fórmula</i>	<i>P.M.</i>	<i>Fecha Elaboración</i>
Reactivo	N/A	N/A	25/03/2020

Pruebas	Resultados	Especificaciones
Color	Pasa Prueba	Pasa prueba
Molaridad	1.00	0.98-1.02 mol/L
pH	7.0	6.9-7.1
Residuos (Filtración)	Pasa prueba	Pasa Prueba

Observaciones:

Conforme a especificaciones.

Certificado emitido electrónicamente por lo cual carece de firma.