



Karal S.A. de C.V.

Blvd. Aviadores 212, Col. Cd. Industrial, C.P. 37490, León, Gto.
Tel. (01 477) 7 63 60 60 , 7 70 71 50
www.karal.com.mx, ventas@karal.com.mx

| Certificado de Análisis | | Lote | B1711 |
|--------------------------------|---|----------------|--------------|
| Catálogo | Descripción del producto | CAS No. | |
| 3053 | CLOROFORMO Para Biología Molecular | 67-66-3 | |

| Grado | Fórmula | P.M. | Fecha Elaboración | Fecha Caducidad |
|-----------------|-------------------------|---------------|-------------------|-------------------|
| Reactivo | CHCl₃ | 119.38 | 22/07/2021 | Julio 2031 |

| Pruebas | Resultados | Especificaciones |
|---|-------------------|-------------------------|
| Ensayo (CHCl ₃) | >99.9 % | 99.8 % min. |
| Color (APHA) | < 10 | 10 máx. |
| Residuo después de la evaporación Acetona y Aldehído [como (CH ₃) ₂ CO] | < 0.001 % | 0.001 % máx. |
| Ácido y cloruro | Pasa Prueba | Pasa prueba |
| Cloro libre (Cl) | Pasa Prueba | Pasa Prueba |
| Plomo (Pb) | Pasa prueba | Pasa Prueba |
| Sustancias oscurecidas por Ácido Sulfúrico | < 0.000005 % | 0.000005 % máx. |
| | Pasa Prueba | Pasa Prueba |

Observaciones:

Conforme a especificaciones

Certificado emitido electrónicamente por lo cual carece de firma.