



Karal S.A. de C.V.

Bld. Aviadores 212, Col. Cd. Industrial, C.P. 37490, León, Gto.
Tel. (01 477) 7 63 60 60 , 7 70 71 50
www.karal.com.mx, ventas@karal.com.mx

| Certificado de Análisis | | Lote | B1602 |
|--------------------------------|---|----------------|--------------|
| <i>Catálogo</i> | <i>Descripción del producto</i> | <i>CAS No.</i> | |
| 3053 | CLOROFORMO Para Biología Molecular | 67-66-3 | |

| <i>Grado</i> | <i>Fórmula</i> | <i>P.M.</i> | <i>Fecha</i> | <i>Caducidad</i> |
|-----------------|-------------------------|---------------|-------------------------|---------------------|
| Reactivo | CHCl₃ | 119.38 | 2612 / 10 / 2020 | Octubre 2030 |

| <i>Pruebas</i> | <i>Resultados</i> | <i>Especificaciones</i> |
|--|-------------------|-------------------------|
| Ensayo (CHCl ₃) | >99.9 % | 99.8 % min. |
| Color (APHA) | < 10 | 10 máx. |
| Residuo después de la evaporación | < 0.001 % | 0.001 % máx. |
| Acetona y Aldehído [como (CH ₃) ₂ CO] | Pasa Prueba | Pasa prueba |
| Ácido y cloruro | Pasa Prueba | Pasa Prueba |
| Cloro libre (Cl) | Pasa prueba | Pasa Prueba |
| Plomo (Pb) | < 0.000005 % | 0.000005 % máx. |
| Sustancias oscurecidas por Ácido Sulfúrico | Pasa Prueba | Pasa Prueba |

Observaciones:

Certificado emitido electrónicamente por lo cual carece de firma.