



Karal S.A. de C.V.

Bld. Aviadores 212, Col. Cd. Industrial, C.P. 37490, León, Gto.
Tel. (01 477) 7 63 60 60 , 7 70 71 50
www.karal.com.mx, ventas@karal.com.mx

Certificado de Análisis		Lote	B1854
<i>Catálogo</i>	<i>Descripción del producto</i>	<i>CAS No.</i>	
0416	EDTA SAL DISODICA 0.5M Para Biología Molecular	6381-92-6	7732-18-5

<i>Grado</i>	<i>Fórmula</i>	<i>P.M.</i>	<i>Fecha</i>	<i>Caducidad</i>
Reactivo	C₁₀H₁₄N₂O₈Na₂ 2H₂O	372.24	9/02/2023	Febrero 2026

<i>Pruebas</i>	<i>Resultados</i>	<i>Especificaciones</i>
Molaridad (mM)	0.5	0.49 – 0.51
DNase actividad	No detectada	No detectada
RNase actividad	No detectada	No detectada
Proteasa actividad	No detectada	No detectada
pH de la solución a 25°C	8.00	7.98 – 8.02
Metales pesados (como Pb)	0.0001 %	0.002 % máx.
Hierro (Fe)	Negativo	0.005 % máx.

Observaciones:

Certificado emitido electrónicamente por lo cual carece de firma.