



# Karal S.A. de C.V.

Bld. Aviadores 212, Col. Cd. Industrial, C.P. 37490, León, Gto.  
Tel. (01 477) 7 63 60 60 , 7 70 71 50  
[www.karal.com.mx](http://www.karal.com.mx), [ventas@karal.com.mx](mailto:ventas@karal.com.mx)

<b>Certificado de Análisis</b>		Lote	<b>B1866</b>
Catálogo	Descripción del producto	CAS No.	
<b>0977</b>	<b>FENOL, Equilibrado en solución</b> <b>con 10 mM Tris HCl, pH 8.0, 1 mM EDTA</b>	<b>108-95-2</b> <b>1185-53-1</b> <b>6381-92-6</b> <b>7732-18-5</b>	

Grado	Fórmula	P.M.	Fecha Elaboración	Fecha Caducidad
Reactivo	N/A	N/A	10/04/2023	Abril 2024

Pruebas	Resultados	Especificaciones
pH a 25° C	7.7	7.5 – 7.9

**Observaciones:**

*Manténgase en refrigeración*

**Certificado emitido electrónicamente por lo cual carece de firma.**