



Karal S.A. de C.V.

Bld. Aviadores 212, Col. Cd. Industrial, C.P. 37490, León, Gto.
Tel. (01 477) 7 63 60 60 , 7 70 71 50
www.karal.com.mx, ventas@karal.com.mx

Certificado de Análisis		Lote	B1808
<i>Catálogo</i>	<i>Descripción del producto</i>	<i>CAS No.</i>	
9140	GLICINA Para Biología Molecular	56-40-6	

<i>Grado</i>	<i>Fórmula</i>	<i>P.M.</i>	<i>Fecha Elaboración</i>	<i>Fecha Caducidad</i>
Reactivo	NH₂CH₂COOH	75.07	16/08/2022	Agosto 2032

Pruebas	Resultados	Especificaciones
Ensayo (NH ₂ CH ₂ COOH)	99.62 %	99.5 % min.
R-Nase actividad	No detectada	No detectada
Proteasa actividad	No detectada	No detectada
Residuo después de la ignición	0.023 % máx.	0.1 % máx.
Perdidas por secado a 105°C	0.020 % máx.	0.2 % máx.
Arsénico (As)	No detectado	0.0003 % máx.
Hierro (Fe)	No detectado	0.003 % máx.
Metales pesados (como Pb)	0.00004 %	0.0005 % máx.

Observaciones:

Conforme a especificaciones.

Certificado emitido electrónicamente por lo cual carece de firma.