



Karal S.A de C.V

Blvd. Aviadores 212, Col. Cd. Industrial, C.P. 37490, León, Gto.
Tel. (01 477) 7 63 60 60 , 7 70 71 50
www.karal.com.mx, ventas@karal.com.mx

Certificado de Análisis		Lote	11193
Catálogo	Descripción del producto	CAS No.	
9014	HEPTANO HPLC Para Cromatografía Líquida	142-82-5	

Grado	Fórmula	P.M.	Fecha	Caducidad
Reactivo	$\text{CH}_3(\text{CH}_2)_5\text{CH}_3$	100.21	09 / 12 / 2008	Octubre 2018

Pruebas	Resultados	Especificaciones
Ensayo [$\text{CH}_3(\text{CH}_2)_5\text{CH}_3$] por (CG)	99.1 %	99 % min.
Color (APHA)	3	10 máx.
Residuo después de la evaporación	0.001 %	0.001 % máx.
Absorbancia Ultravioleta (1.0 -cm. celda contra agua):		
400 – 254 nm	0.01	0.01 máx.
230 nm	0.05	0.05 máx.
220 nm	0.15	0.15 máx.
210 nm	0.40	0.40 máx.
197 nm	1.0	1.0 máx.

Observaciones:

Conforme a especificaciones.

Control de Calidad

LAB 01



Firma