



# Karal S.A. de C.V.

Blvd. Aviadores 212, Col. Cd. Industrial, C.P. 37490, León, Gto.  
Tel. (01 477) 7 63 60 60 , 7 70 71 50  
[www.karal.com.mx](http://www.karal.com.mx), [ventas@karal.com.mx](mailto:ventas@karal.com.mx)

## Certificado de Análisis

Lote **PE1247**

Catálogo	Descripción del producto	CAS No.
<b>0145</b>	<b>ÁCIDO SULFÚRICO</b> <b>Solución volumétrica 1.0 N</b>	<b>7664-93-9</b> <b>7732-18-5</b>

Grado	Fórmula	P.M.	Fecha Elaboración	Fecha Caducidad
Reactivo	N/A	N/A	05 / 01 / 2018	Enero 2021

Pruebas	Resultados	Especificaciones
Normalidad	1.0000 N	1.0 ± 0.005 N
Apariencia	Pasa prueba	Pasar prueba


### Observaciones:

Conforme a especificaciones.

Solución estandarizada a 25 °C. Trazable al NIST. Material estándar de referencia  
SMR 723e.

### Control de Calidad

Q.F.B Iván Zúñiga



Firma