



Karal S.A. de C.V.

Bld. Aviadores 212, Col. Cd. Industrial, C.P. 37490, León, Gto.
Tel. (01 477) 7 63 60 60 , 7 70 71 50
www.karal.com.mx, ventas@karal.com.mx

Certificado de Análisis

Lote **PE1267**

Catálogo	Descripción del producto	CAS No.
0809	AZUL DE BROMOFENOL. Indicador en solución alcohólica al 0.04%.	115-39-9 64-17-5

Grado	Fórmula	P.M.	Fecha Elaboración	Fecha Caducidad
Reactivo	$C_{19}H_{10}Br_4O_5S$	669.96	02 / 02 / 2018	Febrero 2021

Pruebas	Resultados	Especificaciones
Claridad de la solución alcohólica	Pasa prueba	Pasar prueba
<u>Intervalo visual de transición:</u>		
pH 3.0	Amarillo	Amarillo
pH 4.6	Azul	Azul

Observaciones:

Conforme a especificaciones.

Control de Calidad

Q.F.B Iván Zúñiga

Firma