



Karal S.A. de C.V.

Bld. Aviadores 212, Col. Cd. Industrial, C.P. 37490, León, Gto.
Tel. (01 477) 7 63 60 60 , 7 70 71 50
www.karal.com.mx, ventas@karal.com.mx

Certificado de Análisis

Lote **PE5003**

Catálogo

Descripción del producto

CAS No.

0113

**ÁCIDO CLORHÍDRICO.
Solución volumétrica 1.0 N.**

**7647-01-0
7732-18-5**

Grado

Fórmula

P.M.

Fecha Elaboración

Fecha Caducidad

Reactivo

N.A.

N.A.

11 / 05 / 2018

Mayo 2021

Pruebas

Resultados

Especificaciones

Normalidad

1.0001 N

1.0 ± 0.0005 N

Apariencia

LCLMS*

LCLMS*

Observaciones:

Conforme a especificaciones.

Solución estandarizada a 20 °C. Trazable al NIST. Material estándar de referencia
SRM 723e.

*LCLMS: Líquido Claro Libre de Materia en Suspensión.

Control de Calidad

Q.F.B Iván Zúñiga



Firma