



Karal S.A. de C.V.

Blvd. Aviadores 212, Col. Cd. Industrial, C.P. 37490, León, Gto.
Tel. (01 477) 7 63 60 60 , 7 70 71 50
www.karal.com.mx, ventas@karal.com.mx

Certificado de Análisis		Lote	PE5077
Catálogo	Descripción del producto	CAS No.	
0110	ÁCIDO CLORHÍDRICO. Solución volumétrica 0.02 N.	7647-01-0	7732-18-5

Grado	Fórmula	P.M.	Fecha Elaboración	Fecha Caducidad
Reactivo	N/A	N/A	24 / 10 / 2018	Octubre 2021

Pruebas	Resultados	Especificaciones
Normalidad	0.0201 N	0.02 - 0.0205 N
Apariencia	LCLMS*	LCLMS*


Observaciones:

Conforme a especificaciones.

Solución estandarizada a 20 °C. Trazable al NIST. Material estándar de referencia SRM 723e.

*LCLMS: Líquido Claro Libre de Materia Suspendida

Control de Calidad
Q.F.B Iván Zúñiga



Firma