



Karal S.A. de C.V.

Bld. Aviadores 212, Col. Cd. Industrial, C.P. 37490, León, Gto.
Tel. (01 477) 7 63 60 60 , 7 70 71 50
www.karal.com.mx, ventas@karal.com.mx

Certificado de Análisis		Lote	B1650
<i>Catálogo</i>	<i>Descripción del producto</i>	<i>CAS No.</i>	
0981	TAE 50x Para uso en Biología Molecular	77-86-1 64-19-7 6381-92-6 7732-18-5	

<i>Grado</i>	<i>Fórmula</i>	<i>P.M.</i>	<i>Fecha</i>	<i>Caducidad</i>
Reactivo	N.A.	N.A.	4/02/2021	Febrero 2024

Pruebas	Resultados	Especificaciones
Apariencia	Líquido claro	Líquido claro
pH a 25°C	8.3	8.2 a 8.4
DNase actividad	No detectada	No detectada
RNase actividad	No detectada	No detectada
Proteasa actividad	No detectada	No detectada
Conductividad a 25°C mS	1.36	1.30 – 1.40

Observaciones:

Certificado emitido electrónicamente por lo cual carece de firma.