



Karal S.A. de C.V.

Bld. Aviadores 212, Col. Cd. Industrial, C.P. 37490, León, Gto.
Tel. (01 477) 7 63 60 60 , 7 70 71 50
www.karal.com.mx, ventas@karal.com.mx

Certificado de Análisis

Lote **B 1578**

Catálogo

Descripción del producto

CAS No.

9015

TRITON X-100
Para uso en Biología Molecular

9002-93-1

Grado	Fórmula	P.M.	Fecha	Caducidad
Reactivo		646.87	9/09/2020	Septiembre 2023

Pruebas	Resultados	Especificaciones
Apariencia	Pasa Prueba	LCLMS
Identificación (IR)	Pasa prueba	Pasa prueba
Color (APHA)	20	60 máx.
Cloud point (1 % en agua) °C	65	63 - 69

Observaciones:

Certificado emitido electrónicamente por lo cual carece de firma.