



Karal S.A. de C.V.

Bld. Aviadores 212, Col. Cd. Industrial, C.P. 37490, León, Gto.
Tel. (01 477) 7 63 60 60 , 7 70 71 50
www.karal.com.mx, ventas@karal.com.mx

Certificado de Análisis		Lote	B1766
<i>Catálogo</i>	<i>Descripción del producto</i>	<i>CAS No.</i>	
9015	TRITON X-100 Para uso en Biología Molecular	9002-93-1	

<i>Grado</i>	<i>Fórmula</i>	<i>P.M.</i>	<i>Fecha Elaboración</i>	<i>Fecha Caducidad</i>
Reactivo	t-Oct-C6H4-(OCH2CH2)xOH, x= 9-10	646.87	8/02/2022	Febrero 2025

Pruebas	Resultados	Especificaciones
Apariencia	Pasa Prueba	LCLMS
Identificación (IR)	Pasa prueba	Pasa prueba
Color (APHA)	20	60 máx.
Cloud point (1 % en agua) °C	65	63 - 69

Observaciones:

Conforme a especificaciones.

Certificado emitido electrónicamente por lo cual carece de firma.