



# Karal S.A. de C.V.

Bld. Aviadores 212, Col. Cd. Industrial, C.P. 37490, León, Gto.  
Tel. (01 477) 7 63 60 60 , 7 70 71 50  
[www.karal.com.mx](http://www.karal.com.mx), [ventas@karal.com.mx](mailto:ventas@karal.com.mx)

|                                |  |                  |              |
|--------------------------------|--|------------------|--------------|
| <b>Certificado de Análisis</b> |  | <b>Lote</b>      | <b>15798</b> |
| <i>Catálogo</i>                | <i>Descripción del producto</i>                  | <i>CAS No.</i>   |              |
| <b>0662</b>                    | <b>HIDROXIDO DE POTASIO<br/>solución al 40 %</b> | <b>1310-58-3</b> |              |

|                 |                |             |                       |                   |
|-----------------|----------------|-------------|-----------------------|-------------------|
| <i>Grado</i>    | <i>Fórmula</i> | <i>P.M.</i> | <i>Fecha</i>          | <i>Caducidad</i>  |
| <b>Reactivo</b> | <b>N/A</b>     | <b>N/A</b>  | <b>04 / 07 / 2013</b> | <b>Julio 2023</b> |

| <b>Pruebas</b>  | <b>Resultados</b> | <b>Especificaciones</b> |
|-----------------|-------------------|-------------------------|
| Apariencia      | Pasa prueba       | LCLMS                   |
| Ensayo          | 40.33             | 40.0 40.5 %             |
| Densidad (g/ml) | 1.38              | *N.E                    |

## Observaciones

*Conforme a especificaciones.*

*\*N.E= No específico*

*Solución estandarizada a 25 °C. Trazable al NIST. Material estándar de referencia SRM 84 L*

**Certificado emitido electrónicamente por lo cual carece de firma.**